CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 12 – DME

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (SP) LOTE PSPDMEBR11026 FAB. 10/26 VAL. 10/27

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3568AMPE	**18,0**	15-21	**19,0**	15-21
Clindamicina	CLI 02	3594CLI	**25,5**	23-29	**-**	-
Ceftriaxona	CRO 30	3589CRO	**-**	-	**-**	-
Eritromicina	ERI 15	3565ERI	**28,0**	23-29	**-**	-
Levofloxacina	LEV 05	3612LEV	**29,0**	23-29	**23,5**	19-25
Linezolida	LNZ 10	3614LNZE	**25,5**	21-27	**24,5**	19-25
Oxacilina	OXA 01	3554OXA	**21,0**	19-25	**-**	-
Rifampicina	RIF 05	3542RIF	**34,0**	30-36	**-**	-
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25	3610SUT	**28,0**	26-32	**30,5**	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3566TEC	**-**	-	**20,0**	15-21
Tetraciclina	TET 30	3540TET	**30,5**	23-31	**-**	-
Vancomicina	VAN 05	3563VANE	**-**	-	**14,5**	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6012113 com validade em 30/04/2028.
- Referências BrCAST 2026.

Araçatuba, 03 de outubro de 2026.

Controle de Qualidade - DME
Beatriz A. Santos - CRBM 58444