

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (SP) LOTE PSPDMEBR11123 FAB. 11/23 VAL. 11/24**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3256AMPE	19,0	15-21	20,0	15-21
Clindamicina	CLI 02	3254CLI	26,0	23-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3235CRO	-	-	-	-
Eritromicina	ERI 15	3254ERI	29,0	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3282LEV	29,0	23-29	24,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3224LNZE	26,0	21-27	24,5	19-25
Oxacilina	OXA 01	3270OXA	22,0	19-25	-	-
Rifampicina	RIF 05	3164RIF	34,0	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25	3242SUT	32,0	26-32	32,0	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3279TEC	-	-	20,5	15-21
Tetraciclina	TET 30	3187TET	28,0	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3277VANE	-	-	15,5	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 23 de novembro de 2023.

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610