

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (SP) LOTE PSPDMEBR11124 FAB. 11/24 VAL. 11/25**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3313AMPE	17,5	15-21	19,5	15-21
Clindamicina	CLI 02	3396CLI	25,0	23-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3357CRO	-	-	-	-
Eritromicina	ERI 15	3387ERI	27,5	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	28,5	23-29	21,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3397LNZE	26,0	21-27	23,0	19-25
Oxacilina	OXA 01	3346OXA	20,0	19-25	-	-
Rifampicina	RIF 05	3363RIF	32,5	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25	3373SUT	30,0	26-32	30,0	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3401TEC	-	-	20,0	15-21
Tetraciclina	TET 30	3400TET	29,0	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3323VANE	-	-	14,5	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024.

Araçatuba, 21 de novembro de 2024.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva - CRBM 31601