

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (SP) LOTE PSPDMECLSI10122 FAB. 01/22 VAL. 01/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Azitromicina	AZI 15	2956AZI	<b>26,0</b>	21-26
Claritromicina	CLA 15	2977CLA	<b>30,5</b>	26-32
Clindamicina	CLI 02	2969CLI	<b>26,5</b>	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	2997CLO	<b>25,0</b>	19-26
Eritromicina	ERI 15	3004ERI	<b>28,5</b>	22-30
Levofloxacina	LEV 05	3005LEV	<b>29,0</b>	25-30
Ofloxacina	OFX 05	2978OFX	<b>28,0</b>	24-28
Oxacilina	OXA 01	2967OXA	<b>23,0</b>	18-24
Rifampicina	RIF 05	3039RIF	<b>33,5</b>	26-34
Sulfametoxazol/Trimetoprim	SUT 25 (23,75/1,25)	3026SUT	<b>31,0</b>	24-32
Tetraciclina	TET 30	3015TET	<b>29,5</b>	24-30
Vancomicina	VAN 30	2986VAN	<b>20,5</b>	17-21

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.  
Referências CLSI 2021.

Araçatuba, 19 de janeiro de 2022.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001