


CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (SP) LOTE PSPDMECLSI10123 FAB. 01/23 VAL. 01/24**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Azitromicina	AZI 15	3085AZI	25,0	21-26
Claritromicina	CLA 15	3101CLA	31,0	26-32
Clindamicina	CLI 02	3158CLI	26,0	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	3139CLO	25,0	19-26
Eritromicina	ERI 15	3093ERI	29,0	22-30
Levofloxacina	LEV 05	3137LEV	28,0	25-30
Ofloxacina	OFX 05	3100OFX	27,5	24-28
Oxacilina	OXA 01	3074OXA	22,5	18-24
Rifampicina	RIF 05	3082RIF	33,0	26-34
Sulfametoxazol/Trimetoprim	SUT 25 (23,75/1,25)	3154SUT	31,0	24-32
Tetraciclina	TET 30	3128TET	28,0	24-30
Vancomicina	VAN 30	3113VAN	20,0	17-21

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
Referências CLSI 2022.

Araçatuba, 05 de janeiro de 2023.


Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001