CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 12 – DME

STAPHYLOCOCCUS SPP (STC) LOTE PSTCDMEBR10122 FAB. 01/22 VAL. 01/23

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3020AMPE	**19,0**	15-21	**19,5**	15-21
Cefoxitina	CFO 30	3012CFO	**28,5**	24-30	-	-
Clindamicina	CLI 02	2969CLI	**26,5**	23-29	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2997CLO	**24,5**	20-28	-	-
Eritromicina	ERI 15	3004ERI	**28,0**	23-29	-	-
Gentamicina	GEN 10	3022GEN	**25,0**	19-25	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3005LEV	**29,0**	23-29	**24,0**	19-25
Linezolida	LNZ 10	3010LNZE	**26,0**	21-27	**25,0**	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3008NITE	**21,0**	17-23	**24,0**	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	PEN 01	3021PENE	**16,0**	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3039RIF	**35,0**	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3026SUT	**31,0**	26-32	**31,0**	26-34

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 19 de janeiro de 2022.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001