CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 12 – DME

STAPHYLOCOCCUS SPP (STC) LOTE PSTCDMEBR10326 FAB. 03/26 VAL. 03/27

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3568AMPE	**19,0**	15-21	**19,0**	15-21
Cefoxitina	CFO 30	3550CFO	**26,0**	24-30	**-**	-
Clindamicina	CLI 02	3519CLI	**25,5**	23-29	**-**	-
Eritromicina	ERI 15	3463ERI	**29,0**	23-29	**-**	-
Gentamicina	GEN 10	3557GEN	**25,0**	19-25	**-**	-
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	**29,0**	23-29	**23,0**	19-25
Linezolida	LNZ 10	3531LNZE	**27,0**	21-27	**25,0**	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3553NITE	**20,0**	17-23	**23,0**	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	PEN 01	3558PENE	**15,5**	12-18	**-**	-
Rifampicina	RIF 05	3458RIF	**34,0**	30-36	**-**	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3570SUT	**32,0**	26-32	**33,0**	26-34
Tetraciclina	TET 30	3540TET	**30,5**	23-31	**-**	-

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 05 de março de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601