CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 12 – DME

STAPHYLOCOCCUS SPP (STC) LOTE PSTCDMEBR10521 FAB. 05/21 VAL. 05/22

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	2918AMPE	**19,0**	15-21	**19,5**	15-21
Cefoxitina	CFO 30	2922CFO	**28,0**	24-30	-	-
Clindamicina	CLI 02	2851CLI	**28,0**	23-29	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2923CLO	**25,0**	20-28	-	-
Eritromicina	ERI 15	2897ERI	**29,0**	23-29	-	-
Gentamicina	GEN 10	2932GEN	**25,0**	19-25	-	-
Levofloxacina	LEV 05	2939LEV	**28,5**	23-29	**24,0**	19-25
Linezolida	LNZ 10	2947LNZE	**27,0**	21-27	**24,0**	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	2920NITE	**20,0**	17-23	**23,0**	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	PEN 01	2916PENE	**17,0**	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	2856RIF	**35,0**	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2950SUT	**32,0**	26-32	**32,0**	26-34

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.
- Referências BrCAST 2020.

Araçatuba, 14 de maio de 2021.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001