CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 12 – DME

STAPHYLOCOCCUS SPP (STC) LOTE PSTCDMEBR10524 FAB. 05/24 VAL. 05/25

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3313AMPE	**19,5**	15-21	**20,0**	15-21
Cefoxitina	CFO 30	3303CFO	**27,0**	24-30	**-**	-
Clindamicina	CLI 02	3345CLI	**25,0**	23-29	**-**	-
Eritromicina	ERI 15	3254ERI	**29,0**	23-29	**-**	-
Gentamicina	GEN 10	3340GEN	**25,0**	19-25	**-**	-
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	**29,0**	23-29	**23,5**	19-25
Linezolida	LNZ 10	3224LNZE	**25,0**	21-27	**24,0**	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3321NITE	**20,0**	17-23	**23,5**	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	PEN 01	3330PENE	**16,0**	12-18	**-**	-
Rifampicina	RIF 05	3278RIF	**34,5**	30-36	**-**	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3326SUT	**31,0**	26-32	**32,0**	26-34
Tetraciclina	TET 30	3271TET	**30,0**	23-31	**-**	-

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 25 de maio de 2024.

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610