

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STAPHYLOCOCCUS SPP (STC) LOTE PSTCDMEBR10622 FAB. 06/22 VAL. 06/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3079AMPE	20,0	15-21	20,0	15-21
Cefoxitina	CFO 30	3069CFO	28,0	24-30	-	-
Clindamicina	CLI 02	3092CLI	27,0	23-29	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	3076CLO	25,0	20-28	-	-
Eritromicina	ERI 15	3054ERI	28,0	23-29	-	-
Gentamicina	GEN 10	3072GEN	24,5	19-25	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3067LEV	28,0	23-29	24,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3037LNZE	26,0	21-27	25,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3055NITE	20,5	17-23	24,0	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 01	3045PENE	16,0	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3082RIF	34,0	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3066SUT	31,0	26-32	31,0	26-34

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2022.

Araçatuba, 10 de junho de 2022.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001