

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 – DME****STAPHYLOCOCCUS SPP (STC)    LOTE PSTCDMEBR10722    FAB. 07/22    VAL. 07/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3079AMPE	<b>19,0</b>	15-21	<b>19,5</b>	15-21
Cefoxitina	CFO 30	3069CFO	<b>28,0</b>	24-30	-	-
Clindamicina	CLI 02	3092CLI	<b>26,0</b>	23-29	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	3076CLO	<b>25,0</b>	20-28	-	-
Eritromicina	ERI 15	3093ERI	<b>28,0</b>	23-29	-	-
Gentamicina	GEN 10	3072GEN	<b>25,0</b>	19-25	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3067LEV	<b>28,0</b>	23-29	<b>24,0</b>	19-25
Linezolida	LNZ 10	3105LNZE	<b>26,0</b>	21-27	<b>25,0</b>	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3107NITE	<b>20,0</b>	17-23	<b>24,0</b>	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) <sup>1</sup>	PEN 01	3077PENE	<b>15,5</b>	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3082RIF	<b>34,0</b>	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3114SUT	<b>32,0</b>	26-32	<b>32,0</b>	26-34

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Referências BrCAST 2022.

Araçatuba, 18 de julho de 2022.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001