

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STAPHYLOCOCCUS SPP (STC) LOTE PSTCDMEBR10724 FAB. 07/24 VAL. 07/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3313AMPE	19,5	15-21	19,0	15-21
Cefoxitina	CFO 30	3303CFO	27,0	24-30	-	-
Clindamicina	CLI 02	3345CLI	26,0	23-29	-	-
Eritromicina	ERI 15	3254ERI	28,5	23-29	-	-
Gentamicina	GEN 10	3340GEN	25,0	19-25	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	27,0	23-29	23,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3337LNZE	25,0	21-27	24,0	19-25
Nitrofurantóina	NIT 100	3358NITE	20,0	17-23	23,5	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 01	3330PENE	16,0	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3278RIF	34,0	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3326SUT	30,0	26-32	30,0	26-34
Tetraciclina	TET 30	3271TET	29,0	23-31	-	-

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024.

Araçatuba, 13 de julho de 2024.

Controle de Qualidade - DME
Eudorides Pacheco Junior – CRF/SP 5983