

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STAPHYLOCOCCUS SPP (STC) LOTE PSTCDMEBR10726 FAB. 07/26 VAL. 07/27**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3568AMPE	19,5	15-21	20,5	15-21
Cefoxitina	CFO 30	3550CFO	27,0	24-30	-	-
Clindamicina	CLI 02	3555CLI	25,5	23-29	-	-
Eritromicina	ERI 15	3565ERI	28,5	23-29	-	-
Gentamicina	GEN 10	3557GEN	24,0	19-25	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	29,0	23-29	22,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3582LNZE	27,0	21-27	25,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3553NITE	19,0	17-23	23,5	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 01	3558PENE	16,5	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3542RIF	34,5	30-36	-	-
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25 (23,75/1,25)	3570SUT	32,0	26-32	33,0	26-34
Tetraciclina	TET 30	3540TET	31,0	23-31	-	-

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Referências BrCAST 2026.

Araçatuba, 03 de julho de 2026.



Controle de Qualidade - DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444