

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STAPHYLOCOCCUS SPP (STC) LOTE PSTCDMEBR10826 FAB. 08/26 VAL. 08/27**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3568AMPE	19,0	15-21	20,0	15-21
Cefoxitina	CFO 30	3550CFO	27,0	24-30	-	-
Clindamicina	CLI 02	3555CLI	25,5	23-29	-	-
Eritromicina	ERI 15	3565ERI	27,5	23-29	-	-
Gentamicina	GEN 10	3592GEN	24,0	19-25	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	28,5	23-29	21,5	19-25
Linezolida	LNZ 10	3582LNZE	27,0	21-27	25,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3590NITE	20,5	17-23	24,0	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 01	3598PENE	14,5	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3542RIF	33,5	30-36	-	-
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25 (23,75/1,25)	3610SUT	28,5	26-32	29,5	26-34
Tetraciclina	TET 30	3540TET	31,0	23-31	-	-

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5252997 com validade em 31/01/2028.
- Referências BrCAST 2026.

Araçatuba, 22 de agosto de 2026.



Controle de Qualidade - DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444