CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 12 – DME

STAPHYLOCOCCUS SPP (STC) LOTE PSTCDMEBR10920 FAB. 09/20 VAL. 09/21

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	2876AMPE	**19,5**	15-21	**20,0**	15-21
Cefoxitina	CFO 30	2843CFO	**29,0**	24-30	-	-
Clindamicina	CLI 02	2851CLI	**28,0**	23-29	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2842CLO	**25,0**	20-28	-	-
Eritromicina	ERI 15	2897ERI	**29,0**	23-29	-	-
Gentamicina	GEN 10	2894GEN	**25,0**	19-25	-	-
Levofloxacina	LEV 05	2868LEV	**29,0**	23-29	**24,0**	19-25
Linezolida	LNZ 10	2764LNZE	**27,0**	21-27	**25,0**	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	2869NITE	**20,5**	17-23	**24,0**	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) *	PEN 01	2823PENE	**17,0**	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	2856RIF	**34,0**	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2859SUT	**32,0**	26-32	**32,0**	26-34

* Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.
- Referências BrCAST 2019.

Araçatuba, 29 de setembro de 2020.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001