CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 12 – DME

STAPHYLOCOCCUS SPP (STC) LOTE PSTCDMEBR10924 FAB. 09/24 VAL. 09/25

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3313AMPE	**19,0**	15-21	**19,5**	15-21
Cefoxitina	CFO 30	3303CFO	**27,0**	24-30	-	-
Clindamicina	CLI 02	3345CLI	**25,0**	23-29	-	-
Eritromicina	ERI 15	3387ERI	**28,0**	23-29	-	-
Gentamicina	GEN 10	3340GEN	**24,0**	19-25	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	**26,0**	23-29	**22,0**	19-25
Linezolida	LNZ 10	3337LNZE	**23,5**	21-27	**23,0**	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3358NITE	**19,0**	17-23	**24,0**	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	PEN 01	3330PENE	**15,0**	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3363RIF	**32,0**	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3373SUT	**29,0**	26-32	**30,0**	26-34
Tetraciclina	TET 30	3271TET	**29,0**	23-31	-	-

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024.

Araçatuba, 12 de setembro de 2024.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001