

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 – DME****STAPHYLOCOCCUS SPP (STC) LOTE PSTCDMEBR10925 FAB. 09/25 VAL. 09/26**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3472AMPE	18,0	15-21	21,0	15-21
Cefoxitina	CFO 30	3459CFO	26,0	24-30	-	-
Clindamicina	CLI 02	3448CLI	25,5	23-29	-	-
Eritromicina	ERI 15	3463ERI	28,0	23-29	-	-
Gentamicina	GEN 10	3494GEN	25,0	19-25	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3464LEV	28,0	23-29	22,5	19-25
Linezolida	LNZ 10	3481LNZE	25,5	21-27	23,5	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3474NITE	19,0	17-23	23,0	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 01	3469PENE	15,0	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3458RIF	32,5	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3508SUT	31,5	26-32	32,0	26-34
Tetraciclina	TET 30	3488TET	29,5	23-31	-	-

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 27 de setembro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601