

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 – DME****STAPHYLOCOCCUS SPP (STC)    LOTE PSTCDMEBR11023    FAB. 10/23    VAL. 10/24**


Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3256AMPE	<b>20,0</b>	15-21	<b>20,0</b>	15-21
Cefoxitina	CFO 30	3177CFO	<b>28,0</b>	24-30	-	-
Clindamicina	CLI 02	3231CLI	<b>26,0</b>	23-29	-	-
Eritromicina	ERI 15	3152ERI	<b>29,0</b>	23-29	-	-
Gentamicina	GEN 10	3250GEN	<b>25,0</b>	19-25	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3209LEV	<b>29,0</b>	23-29	<b>23,0</b>	19-25
Linezolida	LNZ 10	3224LNZE	<b>27,0</b>	21-27	<b>24,5</b>	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3249NITE	<b>21,0</b>	17-23	<b>24,0</b>	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) <sup>1</sup>	PEN 01	3246PENE	<b>17,0</b>	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3164RIF	<b>35,0</b>	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3242SUT	<b>32,0</b>	26-32	<b>32,0</b>	26-34
Tetraciclina	TET 30	3187TET	<b>30,0</b>	23-31	-	-

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 06 de outubro de 2023.

Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610