# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## POLISENSIDISC 12 – DME

## STAPHYLOCOCCUS SPP (STC) LOTE PSTCDMEBR11120 FAB. 11/20 VAL. 11/21

| Antibacteriano | Código/ Potência µg | Lote Sensidisc | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Halo | Halo/ esperado (mm) | Halo | Halo/ esperado (mm) |
| Ampicilina | AMP 02 | 2876AMPE | **19,0** | 15-21 | **20,0** | 15-21 |
| Cefoxitina | CFO 30 | 2843CFO | **28,0** | 24-30 | - | - |
| Clindamicina | CLI 02 | 2851CLI | **27,0** | 23-29 | - | - |
| Cloranfenicol | CLO 30 | 2842CLO | **25,5** | 20-28 | - | - |
| Eritromicina | ERI 15 | 2897ERI | **29,0** | 23-29 | - | - |
| Gentamicina | GEN 10 | 2894GEN | **25,0** | 19-25 | - | - |
| Levofloxacina | LEV 05 | 2868LEV | **29,0** | 23-29 | **24,0** | 19-25 |
| Linezolida | LNZ 10 | 2909LNZE | **26,0** | 21-27 | **25,0** | 19-25 |
| Nitrofurantoína | NIT 100 | 2869NITE | **20,0** | 17-23 | **23,0** | 18-24 |
| Penicilina G (Benzilpenicilina) [1] | PEN 01 | 2823PENE | **17,0** | 12-18 | - | - |
| Rifampicina | RIF 05 | 2856RIF | **34,0** | 30-36 | - | - |
| Sulfazotrim | SUT 25 (23,75/1,25) | 2905SUT | **32,0** | 26-32 | **32,0** | 26-34 |

**1** Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.
- Referências BrCAST 2019.

Araçatuba, 12 de novembro de 2020.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001