

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****STAPHYLOCOCCUS spp (STC)      LOTE PSTCDMECLSI10423      FAB. 04/23      VAL. 04/24**


Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Cefoxitina	CFO 30	3142CFO	<b>27,0</b>	23-29
Ciprofloxacina	CIP 05	3166CIP	<b>27,5</b>	22-30
Clindamicina	CLI 02	3158CLI	<b>27,0</b>	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	3139CLO	<b>25,0</b>	19-26
Eritromicina	ERI 15	3152ERI	<b>29,0</b>	22-30
Gentamicina	GEN 10	3155GEN	<b>26,0</b>	19-27
Linezolida	LNZ 30	3135LNZ	<b>30,5</b>	25-32
Oxacilina	OXA 01	3174OXA	<b>22,0</b>	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina)*	PEN 10	3087PEN	<b>34,0</b>	26-37
Rifampicina	RIF 05	3164RIF	<b>33,0</b>	26-34
Sulfametoxazol/Trimetoprim	SUT 25 (23,75/1,25)	3201SUT	<b>31,0</b>	24-32
Tetraciclina	TET 30	3128TET	<b>28,0</b>	24-30

\* Disco de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Referências CLSI 2022.

Araçatuba, 05 de abril de 2023.

  
Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001