

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****STAPHYLOCOCCUS spp (STC) LOTE PSTCDMECLSI10622 FAB. 06/22 VAL. 06/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Cefoxitina	CFO 30	3069CFO	28,0	23-29
Ciprofloxacina	CIP 05	3071CIP	28,0	22-30
Clindamicina	CLI 02	3092CLI	26,5	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	3076CLO	24,5	19-26
Eritromicina	ERI 15	3093ERI	28,0	22-30
Gentamicina	GEN 10	3072GEN	26,0	19-27
Linezolida	LNZ 30	3047LNZ	31,0	25-32
Oxacilina	OXA 01	3074OXA	22,5	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina)*	PEN 10	3087PEN	34,5	26-37
Rifampicina	RIF 05	3082RIF	33,0	26-34
Sulfametoxazol/Trimetoprim	SUT 25 (23,75/1,25)	3066SUT	30,5	24-32
Tetraciclina	TET 30	3015TET	28,5	24-30

* Disco de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Referências CLSI 2022.

Araçatuba, 30 de junho de 2022.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001