

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****STAPHYLOCOCCUS spp (STC) LOTE PSTCDMECLSI10624 FAB. 06/24 VAL. 06/25**


Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Cefoxitina	CFO 30	3303CFO	27,0	23-29
Ciprofloxacina	CIP 05	3333CIP	28,0	22-30
Clindamicina	CLI 02	3345CLI	26,0	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	3234CLO	25,0	19-26
Eritromicina	ERI 15	3254ERI	28,0	22-30
Gentamicina	GEN 10	3340GEN	27,0	19-27
Linezolida	LNZ 30	3262LNZ	30,0	25-32
Oxacilina	OXA 01	3270OXA	22,0	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina)*	PEN 10	3288PEN	35,0	26-37
Rifampicina	RIF 05	3278RIF	33,0	26-34
Sulfametoxazol/Trimetoprim	SUT 25 (23,75/1,25)	3326SUT	31,5	24-32
Tetraciclina	TET 30	3271TET	29,0	24-30

* Disco de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências CLSI 2024.

Araçatuba, 05 de junho de 2024.

Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610