

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****STAPHYLOCOCCUS spp (STC) LOTE PSTCDMECLSI10820 FAB. 08/20 VAL. 08/21**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Cefoxitina	CFO 30	2843CFO	29,0	23-29
Ciprofloxacina	CIP 05	2850CIP	27,0	22-30
Clindamicina	CLI 02	2851CLI	27,5	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	2824CLO	25,5	19-26
Eritromicina	ERI 15	2791ERI	30,0	22-30
Gentamicina	GEN 10	2849GEN	27,0	19-27
Linezolida	LNZ 30	2853LNZ	31,0	25-32
Oxacilina	OXA 01	2776OXA	23,5	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina)*	PEN 10	2866PEN	36,5	26-37
Rifampicina	RIF 05	2856RIF	34,0	26-34
Sulfametoxazol/Trimetoprim	SUT 25 (23,75/1,25)	2859SUT	31,5	24-32
Tetraciclina	TET 30	2832TET	29,0	24-30

* Disco de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:**- Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 07 de agosto de 2020.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001