

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****STAPHYLOCOCCUS spp (STC)      LOTE PSTCDMECLSI10823      FAB. 08/23      VAL. 08/24**


Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Cefoxitina	CFO 30	3177CFO	<b>28,0</b>	23-29
Ciprofloxacina	CIP 05	3190CIP	<b>26,0</b>	22-30
Clindamicina	CLI 02	3231CLI	<b>26,0</b>	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	3234CLO	<b>25,0</b>	19-26
Eritromicina	ERI 15	3152ERI	<b>29,0</b>	22-30
Gentamicina	GEN 10	3191GEN	<b>27,0</b>	19-27
Linezolida	LNZ 30	3135LNZ	<b>30,0</b>	25-32
Oxacilina	OXA 01	3174OXA	<b>21,0</b>	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina)*	PEN 10	3180PEN	<b>35,0</b>	26-37
Rifampicina	RIF 05	3164RIF	<b>33,0</b>	26-34
Sulfametoxazol/Trimetoprim	SUT 25 (23,75/1,25)	3201SUT	<b>31,0</b>	24-32
Tetraciclina	TET 30	3187TET	<b>28,0</b>	24-30

\* Disco de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências CLSI 2023.

Araçatuba, 05 de agosto de 2023.

Controle de Qualidade – DME  
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610