

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****STAPHYLOCOCCUS spp (STC) LOTE PSTCDMECLSI10921 FAB. 09/21 VAL. 09/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Cefoxitina	CFO 30	2922CFO	29,0	23-29
Ciprofloxacina	CIP 05	2963CIP	28,0	22-30
Clindamicina	CLI 02	2969CLI	26,5	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	2997CLO	24,0	19-26
Eritromicina	ERI 15	3004ERI	29,0	22-30
Gentamicina	GEN 10	2964GEN	26,0	19-27
Linezolida	LNZ 30	2927LNZ	30,0	25-32
Oxacilina	OXA 01	2967OXA	23,0	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina)*	PEN 10	2958PEN	34,5	26-37
Rifampicina	RIF 05	2976RIF	33,0	26-34
Sulfametoxazol/Trimetoprim	SUT 25 (23,75/1,25)	2971SUT	30,5	24-32
Tetraciclina	TET 30	2908TET	29,0	24-30

* Disco de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0209766 com validade em 31/07/2022.
- Referências CLSI 2021.

Araçatuba, 28 de setembro de 2021.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001