

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****STAPHYLOCOCCUS spp (STC) LOTE PSTCDMECLSI10923 FAB. 09/23 VAL. 09/24**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Cefoxitina	CFO 30	3177CFO	27,0	23-29
Ciprofloxacina	CIP 05	3251CIP	28,0	22-30
Clindamicina	CLI 02	3231CLI	27,0	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	3139CLO	26,0	19-26
Eritromicina	ERI 15	3152ERI	29,0	22-30
Gentamicina	GEN 10	3250GEN	27,0	19-27
Linezolida	LNZ 30	3262LNZ	30,0	25-32
Oxacilina	OXA 01	3174OXA	22,5	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina)*	PEN 10	3180PEN	36,0	26-37
Rifampicina	RIF 05	3164RIF	34,0	26-34
Sulfametoxazol/Trimetoprim	SUT 25 (23,75/1,25)	3242SUT	32,0	24-32
Tetraciclina	TET 30	3187TET	29,0	24-30

* Disco de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências CLSI 2023.

Araçatuba, 06 de setembro de 2023.

Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610