

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS GRUPOS A, B, C e G (STP) LOTE PSTPDMEBR10223 FAB. 02/23 VAL. 02/24**


| Antibacteriano | Código/ Potência µg | Lote Sensidisc | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | | Halo | Halo/ esperado (mm) | Halo | Halo/ esperado (mm) |
| Clindamicina | CLI 02 | 3158CLI | 26,0 | 23-29 | - | - |
| Cloranfenicol | CLO 30 | 3139CLO | 26,0 | 20-28 | - | - |
| Eritromicina | ERI 15 | 3093ERI | 29,0 | 23-29 | - | - |
| Levofloxacina | LEV 05 | 3137LEV | 29,0 | 23-29 | 23,0 | 19-25 |
| Linezolida | LNZ 10 | 3105LNZE | 27,0 | 21-27 | 25,0 | 19-25 |
| Nitrofurantoína | NIT 100 | 3169NITE | 21,0 | 17-23 | 24,0 | 18-24 |
| Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹ | PEN 01 | 3172PENE | 17,0 | 12-18 | - | - |
| Rifampicina | RIF 05 | 3164RIF | 35,0 | 30-36 | - | - |
| Sulfazotrim | SUT 25 (23,75/1,25) | 3154SUT | 32,0 | 26-32 | 31,0 | 26-34 |
| Teicoplanina | TEC 30 | 3130TEC | - | - | 21,0 | 15-21 |
| Tetraciclina | TET 30 | 3128TET | 30,0 | 23-31 | - | - |
| Vancomicina | VAN 05 | 3116VANE | - | - | 15,0 | 10-16 |

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Referências BrCAST 2022.

Araçatuba, 03 de fevereiro de 2023.


Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001