

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS GRUPOS A, B, C e G (STP) LOTE PSTPDMEBR10424 FAB. 04/24 VAL. 04/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Clindamicina	CLI 02	3284CLI	25,0	23-29	-	-
Eritromicina	ERI 15	3254ERI	29,0	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3282LEV	29,0	23-29	24,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3224LNZE	26,0	21-27	24,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3321NITE	20,0	17-23	24,0	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 01	3280PENE	16,0	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3278RIF	35,0	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3326SUT	32,0	26-32	32,0	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3279TEC	-	-	21,0	15-21
Tetraciclina	TET 30	3271TET	29,0	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3277VANE	-	-	15,0	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 25 de abril de 2024.

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610