

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS GRUPOS A, B, C e G (STP) LOTE PSTPDMEBR10426 FAB. 04/26 VAL. 04/27**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Clindamicina	CLI 02	3519CLI	25,5	23-29	-	-
Eritromicina	ERI 15	3565ERI	28,5	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	29,0	23-29	21,5	19-25
Linezolida	LNZ 10	3582LNZE	25,5	21-27	24,5	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3553NITE	19,0	17-23	23,0	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 01	3558PENE	15,0	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3542RIF	34,0	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3570SUT	32,0	26-32	32,0	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3527TEC	-	-	21,0	15-21
Tetraciclina	TET 30	3540TET	28,5	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3505VANE	-	-	15,0	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 23 de abril de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601