

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS GRUPOS A, B, C e G (STP) LOTE PSTPDMEBR10523 FAB. 05/23 VAL. 05/24**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Clindamicina	CLI 02	3158CLI	26,0	23-29	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	3139CLO	25,0	20-28	-	-
Eritromicina	ERI 15	3152ERI	29,0	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3209LEV	29,0	23-29	24,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3183LNZE	26,5	21-27	25,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3199NITE	20,5	17-23	24,0	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 01	3172PENE	16,5	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3164RIF	35,5	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3201SUT	31,0	26-32	32,0	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3218TEC	-	-	21,0	15-21
Tetraciclina	TET 30	3128TET	29,0	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3157VANE	-	-	15,5	10-16

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Referências BrCAST 2022.

Araçatuba, 29 de maio 2023.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610