

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS GRUPOS A, B, C e G (STP) LOTE PSTPDMEBR10722 FAB. 07/22 VAL. 07/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Clindamicina	CLI 02	3092CLI	26,5	23-29	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	3076CLO	25,0	20-28	-	-
Eritromicina	ERI 15	3093ERI	28,0	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3067LEV	28,0	23-29	23,5	19-25
Linezolida	LNZ 10	3105LNZE	25,0	21-27	25,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3107NITE	20,0	17-23	24,0	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 01	3077PENE	15,5	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3082RIF	34,0	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3114SUT	31,0	26-32	32,0	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3060TEC	-	-	20,5	15-21
Tetraciclina	TET 30	3015TET	29,0	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3116VANE	-	-	16,0	10-16

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Referências BrCAST 2022.

Araçatuba, 16 de julho de 2022.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001