

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS GRUPOS A, B, C e G (STP) LOTE PSTPDMEBR10723 FAB. 07/23 VAL. 07/24**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Clindamicina	CLI 02	3231CLI	<b>26,0</b>	23-29	-	-
Eritromicina	ERI 15	3152ERI	<b>29,0</b>	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3209LEV	<b>29,0</b>	23-29	<b>23,5</b>	19-25
Linezolida	LNZ 10	3224LNZE	<b>26,0</b>	21-27	<b>24,0</b>	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3199NITE	<b>21,0</b>	17-23	<b>23,5</b>	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) <sup>1</sup>	PEN 01	3172PENE	<b>15,5</b>	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3164RIF	<b>35,0</b>	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3201SUT	<b>31,0</b>	26-32	<b>32,0</b>	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3218TEC	-	-	<b>21,0</b>	15-21
Tetraciclina	TET 30	3187TET	<b>29,0</b>	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3205VANE	-	-	<b>15,0</b>	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 08 de julho de 2023.

*Tainá Santos*Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610