

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS GRUPOS A, B, C e G (STP) LOTE PSTPDMEBR10825 FAB. 08/25 VAL. 08/26**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Clindamicina	CLI 02	3448CLI	24,0	23-29	-	-
Eritromicina	ERI 15	3463ERI	28,0	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3464LEV	27,0	23-29	23,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3481LNZE	26,0	21-27	24,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3474NITE	20,0	17-23	23,0	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 01	3469PENE	15,0	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3458RIF	33,5	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3456SUT	31,5	26-32	32,0	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3465TEC	-	-	20,5	15-21
Tetraciclina	TET 30	3488TET	29,0	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3421VANE	-	-	15,0	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 08 de agosto de 2025.

Controle de Qualidade - DME
Gabrieli M. S. Zenerato - CRBM 64925