

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS GRUPOS A, B, C e G (STP) LOTE PSTPDMEBR10921 FAB. 09/21 VAL. 09/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Clindamicina	CLI 02	2969CLI	27,0	23-29	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2997CLO	25,0	20-28	-	-
Eritromicina	ERI 15	3004ERI	29,0	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3005LEV	28,0	23-29	23,5	19-25
Linezolida	LNZ 10	2947LNZE	26,0	21-27	25,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	2945NITE	21,0	17-23	24,0	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 01	2916PENE	15,0	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	2976RIF	34,0	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2971SUT	32,0	26-32	32,0	26-34
Teicoplanina	TEC 30	2974TEC	-	-	21,0	15-21
Tetraciclina	TET 30	2908TET	29,0	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	2983VANE	-	-	15,5	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0209766 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 11 de setembro de 2021.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001