

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS GRUPOS A, B, C e G (STP) LOTE PSTPDMEBR10924 FAB. 09/24 VAL. 09/25**


Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Clindamicina	CLI 02	3345CLI	25,5	23-29	-	-
Eritromicina	ERI 15	3387ERI	27,0	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	26,0	23-29	22,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3337LNZE	23,5	21-27	23,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3358NITE	19,0	17-23	22,5	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 01	3330PENE	15,0	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3363RIF	32,5	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3373SUT	30,0	26-32	30,0	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3339TEC	-	-	20,0	15-21
Tetraciclina	TET 30	3271TET	28,0	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3323VANE	-	-	14,0	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024.

Araçatuba, 09 de setembro de 2024.


Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001