

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS GRUPOS A, B, C e G (STP) LOTE PSTPDMEBR10926 FAB. 09/26 VAL. 09/27**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Clindamicina	CLI 02	3555CLI	26,5	23-29	-	-
Eritromicina	ERI 15	3565ERI	29,0	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3612LEV	29,0	23-29	23,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3614LNZE	27,0	21-27	25,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3590NITE	20,0	17-23	24,0	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 01	3598PENE	15,5	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3542RIF	35,0	30-36	-	-
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25 (23,75/1,25)	3610SUT	29,0	26-32	29,0	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3566TEC	-	-	21,0	15-21
Tetraciclina	TET 30	3540TET	30,0	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3563VANE	-	-	15,5	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5252997 com validade em 31/01/2028.
- Referências BrCAST 2026.

Araçatuba, 18 de setembro de 2026.

Controle de Qualidade - DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444