

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS GRUPOS A, B, C e G (STP) LOTE PSTPDMEBR11121 FAB. 11/21 VAL. 11/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Clindamicina	CLI 02	2969CLI	27,0	23-29	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2997CLO	25,0	20-28	-	-
Eritromicina	ERI 15	3004ERI	28,0	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3005LEV	29,0	23-29	24,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3010LNZE	26,0	21-27	24,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3008NITE	21,0	17-23	24,0	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 01	3021PENE	16,0	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	2976RIF	35,0	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3026SUT	32,0	26-32	31,5	26-34
Teicoplanina	TEC 30	2974TEC	-	-	21,0	15-21
Tetraciclina	TET 30	3015TET	30,0	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	2983VANE	-	-	15,5	10-16

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 19 de novembro de 2021.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001