

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS GRUPOS A, B, C e G (STP) LOTE PSTPDMEBR11221 FAB. 12/21 VAL. 12/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Clindamicina	CLI 02	2969CLI	<b>27,0</b>	23-29	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2997CLO	<b>25,0</b>	20-28	-	-
Eritromicina	ERI 15	3004ERI	<b>27,0</b>	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3005LEV	<b>29,0</b>	23-29	<b>23,5</b>	19-25
Linezolida	LNZ 10	3010LNZE	<b>25,5</b>	21-27	<b>24,0</b>	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3008NITE	<b>21,0</b>	17-23	<b>24,0</b>	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) <sup>1</sup>	PEN 01	3021PENE	<b>15,0</b>	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3039RIF	<b>34,0</b>	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3026SUT	<b>32,0</b>	26-32	<b>32,0</b>	26-34
Teicoplanina	TEC 30	2974TEC	-	-	<b>20,0</b>	15-21
Tetraciclina	TET 30	3015TET	<b>30,0</b>	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3029VANE	-	-	<b>15,0</b>	10-16

<sup>1</sup> Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 03 de janeiro de 2022.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001