

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 - DME****SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDME20320 FAB. 03/20 Val. 03/21**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			halo	halo/ esperado (mm)	halo	halo/ esperado (mm)	halo	halo/ esperado (mm)	halo	halo/ esperado (mm)
Ácido Nalidíxico	NAL 30	2838NAL	-	-	28,0	22-28	-	-	-	-
Amicacina	AMI 30	2834AMI	25,0	20-26	26,0	19-26	26,0	18-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	2817AMC	36,0	28-36	24,0	18-24	-	-	21,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	2847AMP	34,5	27-35	22,0	15-22	-	-	-	-
Cefazolina	CFZ 30	2813CFZ	34,0	29-35	26,0	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2830CPM	28,0	23-29	36,0	31-37	30,0	25-31	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	2811CRO	26,0	22-28	34,5	29-35	22,0	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2818CIP	27,5	22-30	37,0	29-37	32,0	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	2844FOS	32,0	25-33	29,0	22-30	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	2849GEN	26,0	19-27	24,5	19-26	23,0	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	2820LEV	30,0	25-30	35,0	29-37	24,5	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	2822MPM	36,0	29-37	35,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	2841NIT	21,0	18-22	25,0	20-25	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	2825NOR	26,0	17-28	34,0	28-35	29,0	22-29	-	-
Sulfazotrim	SUT 25	2827SUT	31,0	24-32	29,0	23-29	-	-	-	-

¹ Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 14 de março de 2020.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001