

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 - DME****SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDMEBR10224 FAB. 02/24 Val. 02/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3265AMI	24,0	18-24	24,5	19-26	26,0	20-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3269AMC	-	-	24,0	18-24	-	-	20,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	3272AMP	-	-	20,5	15-22	-	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	3300CFE	-	-	19,0	15-21	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3297CPM	-	-	36,0	31-37	31,0	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3276CAZE	-	-	29,0	23-29	26,0	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3292CRX	-	-	25,0	20-26	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3293CIP	26,0	21-27	37,0	29-37	32,0	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	3305FOS	-	-	30,0	26-34	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3310GEN	25,0	19-25	24,5	19-26	23,0	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3282LEV	29,0	23-29	36,0	29-37	24,0	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	3253MPM	-	-	35,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 100	3302NITE	20,0	17-23	23,0	17-23	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3259NOR	23,0	18-24	34,0	28-35	-	-	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3296SUT	32,0	26-32	29,0	23-29	-	-	-	-

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 Fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 08 de fevereiro de 2024.

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610