

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 - DME****SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDMEBR10624 FAB. 06/24 Val. 06/25**


Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3332AMI	23,5	18-24	25,0	19-26	26,0	20-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3314AMC	-	-	23,0	18-24	-	-	20,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	3336AMP	-	-	21,0	15-22	-	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	3335CFE	-	-	20,0	15-21	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3297CPM	-	-	35,5	31-37	30,0	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3276CAZE	-	-	28,0	23-29	25,5	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3327CRX	-	-	24,5	20-26	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3333CIP	26,0	21-27	36,0	29-37	32,0	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	3331FOS	-	-	29,5	26-34	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3340GEN	25,0	19-25	25,0	19-26	23,0	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	28,0	23-29	35,0	29-37	24,0	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	3307MPM	-	-	33,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 100	3321NITE	20,0	17-23	23,0	17-23	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3308NOR	23,0	18-24	34,0	28-35	-	-	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3326SUT	31,0	26-32	29,0	23-29	-	-	-	-

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 Fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024.

Araçatuba, 14 de junho de 2024.


Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001