

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 - DME****SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDMEBR11221 FAB. 12/21 Val. 12/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	2970AMI	24,0	18-24	25,0	19-26	26,0	20-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3016AMC	-	-	24,0	18-24	-	-	21,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	3001AMP	-	-	22,0	15-22	-	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	3003CFE	-	-	20,0	15-21	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2981CPM	-	-	36,0	31-37	30,0	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	2996CAZE	-	-	28,5	23-29	25,5	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	2960CRX	-	-	25,0	20-26	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3041CIP	26,5	21-27	37,0	29-37	32,0	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	3025FOS	-	-	30,0	26-34	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3022GEN	24,5	19-25	24,5	19-26	23,0	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3005LEV	28,0	23-29	35,0	29-37	24,5	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	2994MPM	-	-	34,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Nitrofurantóina	NIT 100	3008NITE	20,5	17-23	23,0	17-23	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	2995NOR	23,5	18-24	34,0	28-35	-	-	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3026SUT	31,5	26-32	29,0	23-29	-	-	-	-

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 Fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 06 de dezembro de 2021.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001