

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 - DME****SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDMEBR11223 FAB. 12/23 Val. 12/24**

| Antibacteriano | Código/ Potência µg | Lote Sensidisc | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | | Escherichia coli ATCC 25922 (1) | | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | | Escherichia coli ATCC 35218 (2) | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | Halo | Halo/ esperado (mm) | Halo | Halo/ esperado (mm) | Halo | Halo/ esperado (mm) | Halo | Halo/ esperado (mm) |
| Amicacina | AMI 30 | 3265AMI | 24,0 | 18-24 | 24,0 | 19-26 | 26,0 | 20-26 | - | - |
| Amox./Ac.Clavulânico | AMC 30 (20/10) | 3269AMC | - | - | 24,0 | 18-24 | - | - | 20,0 | 17-22 |
| Ampicilina | AMP 10 | 3272AMP | - | - | 20,5 | 15-22 | - | - | - | - |
| Cefalexina | CFE 30 | 3240CFE | - | - | 19,0 | 15-21 | - | - | - | - |
| Cefepime | CPM 30 | 3297CPM | - | - | 36,0 | 31-37 | 30,0 | 25-31 | - | - |
| Ceftazidima | CAZ 10 | 3276CAZE | - | - | 29,0 | 23-29 | 25,5 | 21-27 | - | - |
| Cefuroxima | CRX 30 | 3243CRX | - | - | 25,0 | 20-26 | - | - | - | - |
| Ciprofloxacina | CIP 05 | 3251CIP | 27,0 | 21-27 | 36,0 | 29-37 | 32,0 | 25-33 | - | - |
| Fosfomicina ¹ | FOS 200 | 3248FOS | - | - | 30,0 | 26-34 | - | - | - | - |
| Gentamicina | GEN 10 | 3250GEN | 25,0 | 19-25 | 24,5 | 19-26 | 23,0 | 17-23 | - | - |
| Levofloxacina | LEV 05 | 3282LEV | 29,0 | 23-29 | 35,0 | 29-37 | 24,0 | 19-26 | - | - |
| Meropenem | MPM 10 | 3253MPM | - | - | 34,0 | 28-35 | 33,0 | 27-33 | - | - |
| Nitrofurantóina | NIT 100 | 3202NITE | 20,5 | 17-23 | 23,0 | 17-23 | - | - | - | - |
| Norfloxacina | NOR 10 | 3259NOR | 24,0 | 18-24 | 34,0 | 28-35 | - | - | - | - |
| Sulfazotrim | SUT 25 (23,75/1,25) | 3242SUT | 32,0 | 26-32 | 29,0 | 23-29 | - | - | - | - |

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 Fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 09 de dezembro de 2023.

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610