

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 - DME****SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDMEBR20326 FAB. 03/26 Val. 03/27**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3530AMI	23,5	18-24	25,0	19-26	25,5	20-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3552AMC	-	-	24,0	18-24	-	-	19,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	3525AMP	-	-	21,0	15-22	-	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	3524CFE	-	-	19,5	15-21	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3536CPM	-	-	36,0	31-37	31,0	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3517CAZE	-	-	28,0	23-29	25,0	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3546CRX	-	-	25,5	20-26	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3534CIP	27,0	21-27	37,0	29-37	32,0	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	3539FOS	-	-	28,0	26-34	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3557GEN	23,5	19-25	23,5	19-26	22,0	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	28,0	23-29	34,0	29-37	22,0	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	3522MPM	-	-	34,0	28-35	32,0	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 100	3553NITE	18,5	17-23	23,0	17-23	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3526NOR	22,5	18-24	32,5	28-35	-	-	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3570SUT	30,5	26-32	29,0	23-29	-	-	-	-

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 Fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 18 de março de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601