

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 - DME****SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDMEBR20623 FAB. 06/23 Val. 06/24**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3214AMI	24,0	18-24	24,5	19-26	26,0	20-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3211AMC	-	-	23,5	18-24	-	-	20,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	3220AMP	-	-	21,0	15-22	-	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	3182CFE	-	-	19,0	15-21	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3225CPM	-	-	35,5	31-37	30,0	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3208CAZE	-	-	28,0	23-29	25,5	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3197CRX	-	-	25,0	20-26	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3190CIP	26,0	21-27	36,0	29-37	32,5	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	3215FOS	-	-	30,0	26-34	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3191GEN	24,5	19-25	24,5	19-26	23,0	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3209LEV	28,0	23-29	35,0	29-37	23,5	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	3216MPM	-	-	34,0	28-35	32,5	27-33	-	-
Nitrofurantóina	NIT 100	3199NITE	20,0	17-23	22,5	17-23	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3195NOR	23,0	18-24	34,5	28-35	-	-	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3201SUT	32,0	26-32	28,5	23-29	-	-	-	-

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 Fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 26 de junho de 2023.

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME

Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610