

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 - DME****SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDMEBR20922 FAB. 09/22 Val. 09/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3090AMI	24,0	18-24	25,5	19-26	26,0	20-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3102AMC	-	-	24,0	18-24	-	-	20,5	17-22
Ampicilina	AMP 10	3075AMP	-	-	20,5	15-22	-	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	3106CFE	-	-	19,0	15-21	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3110CPM	-	-	36,0	31-37	30,5	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3094CAZE	-	-	29,0	23-29	26,0	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3098CRX	-	-	25,0	20-26	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3112CIP	26,5	21-27	37,0	29-37	32,5	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	3091FOS	-	-	30,0	26-34	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3121GEN	25,0	19-25	24,0	19-26	23,0	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3067LEV	28,0	23-29	34,5	29-37	23,0	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	3125MPM	-	-	34,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 100	3107NITE	21,0	17-23	22,5	17-23	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3129NOR	23,5	18-24	34,5	28-35	-	-	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3114SUT	31,0	26-32	28,5	23-29	-	-	-	-

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 Fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Referências BrCAST.

Araçatuba, 27 de setembro de 2022.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001