

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 - DME****SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDMEBR21024 FAB. 10/24 Val. 10/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3394AMI	23,5	18-24	24,5	19-26	25,0	20-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3360AMC	-	-	24,0	18-24	-	-	19,5	17-22
Ampicilina	AMP 10	3405AMP	-	-	21,0	15-22	-	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	3374CFE	-	-	19,0	15-21	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3356CPM	-	-	35,0	31-37	30,5	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3366CAZE	-	-	28,0	23-29	24,5	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3383CRX	-	-	24,5	20-26	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3385CIP	24,5	21-27	36,0	29-37	31,0	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	3368FOS	-	-	29,0	26-34	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3398GEN	24,0	19-25	24,0	19-26	21,5	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3404LEV	27,0	23-29	35,0	29-37	23,0	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	3382MPM	-	-	33,5	28-35	32,0	27-33	-	-
Nitrofurantoina	NIT 100	3403NITE	19,5	17-23	22,0	17-23	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3377NOR	23,0	18-24	34,0	28-35	-	-	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3373SUT	30,0	26-32	28,5	23-29	-	-	-	-

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 Fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024.

Araçatuba, 01 de novembro de 2024.

Controle de Qualidade - DME
Eudorides Pacheco Júnior – CRF/SP 5983