

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 - DME****SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDMEBR21222 FAB. 12/22 Val. 12/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3160AMI	23,0	18-24	25,0	19-26	25,0	20-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3163AMC	-	-	24,0	18-24	-	-	20,5	17-22
Ampicilina	AMP 10	3149AMP	-	-	21,0	15-22	-	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	3156CFE	-	-	19,0	15-21	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3110CPM	-	-	35,5	31-37	30,0	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3148CAZE	-	-	28,0	23-29	25,5	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3150CRX	-	-	25,0	20-26	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3166CIP	26,0	21-27	37,0	29-37	32,5	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	3146FOS	-	-	30,0	26-34	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3155GEN	25,0	19-25	24,0	19-26	23,0	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3137LEV	28,0	23-29	34,5	29-37	24,0	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	3125MPM	-	-	33,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 100	3169NITE	20,5	17-23	22,5	17-23	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3129NOR	23,0	18-24	33,5	28-35	-	-	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3154SUT	31,0	26-32	28,0	23-29	-	-	-	-

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 Fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Referências BrCAST 2022.

Araçatuba, 05 de janeiro de 2023.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001