

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 - DME****SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDMEBR30625 FAB. 06/25 Val. 06/26**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3467AMI	23,0	18-24	24,0	19-26	25,0	20-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3425AMC	-	-	24,0	18-24	-	-	19,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	3460AMP	-	-	20,0	15-22	-	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	3473CFE	-	-	20,0	15-21	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3471CPM	-	-	36,0	31-37	29,0	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	3446CAZE	-	-	28,0	23-29	25,0	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	3466CRX	-	-	26,0	20-26	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3484CIP	26,5	21-27	36,0	29-37	31,0	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	3445FOS	-	-	29,5	26-34	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3453GEN	24,0	19-25	25,0	19-26	23,0	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3464LEV	28,0	23-29	36,0	29-37	25,0	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	3438MPM	-	-	33,5	28-35	32,0	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 100	3474NITE	22,0	17-23	22,0	17-23	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3452NOR	23,5	18-24	33,5	28-35	-	-	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3456SUT	31,0	26-32	28,0	23-29	-	-	-	-

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 Fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 20 de junho de 2025.

Controle de Qualidade - DME

Gabrieli Maria de Souza Zenerato – CRBM 64925