

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 - DME****SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDMECLSI10621 FAB. 06/21 Val. 06/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ácido Nalidíxico	NAL 30	2898NAL	-	-	28,0	22-28	-	-	-	-
Amicacina	AMI 30	2926AMI	25,5	20-26	25,5	19-26	26,0	18-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	2959AMC	36,0	28-36	24,0	18-24	-	-	21,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	2940AMP	35,0	27-35	22,0	15-22	-	-	-	-
Cefazolina	CFZ 30	2941CFZ	33,0	29-35	26,5	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2921CPM	28,0	23-29	36,0	31-37	30,0	25-31	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	2915CRO	26,5	22-28	34,0	29-35	22,0	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2930CIP	29,5	22-30	37,0	29-38	32,5	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	2948FOS	32,0	25-33	29,0	22-30	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	2932GEN	26,0	19-27	25,0	19-26	22,0	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	2939LEV	30,0	25-30	36,0	29-37	24,0	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	2951MPM	36,0	29-37	35,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	2928NIT	22,0	18-22	25,0	20-25	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	2931NOR	26,0	17-28	35,0	28-35	29,0	22-29	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2950SUT	31,0	24-32	29,0	23-29	-	-	-	-

¹ Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.
- Referência CLSI 2021.

Araçatuba, 05 de junho de 2021.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001